

# הוראות תחזוקה למערכות אולטרסוניות מתוצרת PULSAR

מערכות מדידת מפלס של חב' PULSAR הנם פסגת הטכנולוגיה בתחום מדידת מפלס אולטרסוניות.  
על מנת להבטיח את הדיוק ואת רמת הביצועים לאורך זמן יש לשים לב למספר הנחיות בתחזוקת המערכות.  
בכל מקרה של ספק, יש ליצור קשר עם חב' **מגטרון**, טל: 04-8410704.

## **לאחר 12 חודשים מיום ההתקנה יש לבדוק את המערכות בצורה הבאה:**

- לבדוק כי הגשש מותקן בניצב לנוזל .
  - לבדוק סבירות המדידה.
  - תחתית הגשש נקייה. במידה ולא, יש לנקות עם מטלית ומים ודטרגנט בלבד.
  - יש לבדוק שאין פגיעות וחתכים בכבל הגשש לכל אורכו עד ליחידת הבקרה.
  - יש לפתוח קופסאות חיבורים (במידה וקיימים) ולוודא שאין קורוזיה בחיבורים,
  - יש לוודא אטימות מפני חדירת מים, לחות ואבק לקופסה ולכבל.
  - יש לבדוק מתח הזנה תקין ליחידת הבקרה.
  - יש לבדוק קיום חיבור הארקה חשמלית לבקר (גם בהזנת מתח של DC).
  - במידה ויש צורך לפרק את הגשש, יש לנתק את המתח, לנתק את החיוט של הגשש ולפרק אותו.
- בעת הרכבת הגשש בחזרה, לא לסובב את הגשש ולפתל את הכבל  
(לסובב אך ורק את האום ולא את הגשש) !!!

שאלות ובקשות ניתן להפנות ל: משרד - 04-8410704, טוביה - 050-7413100,  
מכירות דרום - איל 050-7413900, מכירות צפון - גיא 050-7413410, שרות - אהרון 050-7413813  
הוראות התקנה מפורטות לדגמים השונים קיימות באתר: <http://www.megatron.co.il/pdfspc.html>

Puls-I-10-14

**megatron** electronics & controls ltd  
Manufactures & Representatives for Control Equipment



**מגטרון** אלקטרוניקה ובקרה בע"מ  
יצרנים ומפיצים של ציוד מכשור בקרה והתרה

טל. 04-8410704, פקס. 04-8410705, רח' מרקוני 12, ת.ד. 25205, חיפה 31251 Web site: <http://www.megatron.co.il>